

05/08/2024
סימוכין: 474965

טל': 03-6270400
פקס: 03-5611321
דוא"ל: daniel@ingl.co.il
מגדל עתידים
ת.ד. 58177
תל אביב 6158101

לכבוד:
משתתפי המכרז

**הנדון: מכרז פומבי למתן שירותי בדיקות מעבדה לאיכות גז טבעי
(מס' INGL/TENDER/2024/33) – הבהרה מס' 1**

1. כללי

- 1.1. אלא אם יאמר להלן אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
- 1.2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
- 1.3. השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
- 1.4. עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו כשהם חתומים בכל עמוד.

2. מענה לשאלות הבהרות שהתקבלו בקשר עם ההליך:

מס'	סעיף	שאלות	הבהרות / תשובות
1	מכרז, נספח ב', מפרט השירותים, סעי' 1: Qualifying laboratories	האם נדרש לבצע את הבדיקות במעבדה המנוסה בדיגום גז?	כמפורט בס' 1 למפרט השירותים, הדיגום יבוצע במעבדה עם ניסיון של 3 שנים לפחות בדיגום גז.
2	מכרז, נספח ב', מפרט השירותים סעי' 5.1: Sampling on location for analysis according to ISO 17015 סעי' 5.2: Sampling on location for analysis of sulfuric components according to ISO17015	האם נדרש ציוד דיגום ייחודי או ציוד חובה לדוגם לצורך ביצוע הדיגומים?	כמפורט בס' 5.1-5.2 למפרט השירותים נטילת הדיגום תבצע לפי תקן ISO17015, לרבות באמצעות הציוד והפעולות המפורטות בתקן.
3	מכרז, נספח ב', מפרט השירותים סעי' 5.4: Analysis of H2S in natural gas sample	האם הדרישה לביצוע האנליזה הינה תוך 24 שעות ממועד הדיגום או לחלופין ממועד ההגעה למעבדה?	האנליזה תבצע תוך 24 שעות מרגע נטילת הדיגום.

בברכה,

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ



אישור קבלה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את ההבהרה ותיקון מס' 1 במכרז פומבי למתן שירותי בדיקות מעבדה לאיכות גז טבעי וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____